

品質規格書

試薬特級
炭酸アンモニウム

項目	単位	規格値
純度(NH ₃ として)	%	30.0 以上
水溶状	—	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	%	0.005 以下
塩化物(Cl)	ppm	3 以下
硝酸塩	—	試験適合
硫黄化合物(SO ₄ として)	%	0.002 以下
りん酸塩(PO ₄)	%	0.001 以下
ナトリウム(Na)	%	0.001 以下
カリウム(K)	ppm	5 以下
銅(Cu)	ppm	1 以下
マグネシウム(Mg)	ppm	5 以下
カルシウム(Ca)	%	0.001 以下
亜鉛(Zn)	%	0.002 以下
鉛(Pb)	ppm	1 以下
鉄(Fe)	ppm	4 以下
以下余白		

単位：質量分率

- ※ 項目・規格値・試験方法は、日本産業規格（JIS K 8613）によります。
- ※ 規格改正、公定書改訂等により予告なしに変更する場合があります。