

## 品質規格書

試薬特級  
塩化カリウム

項目	単位	規格値
純度(KCl)	%	99.5 以上
水溶状	—	試験適合
乾燥減量(110°C)	%	0.1 以下
pH(50g/l, 25°C)	—	5.0 ~ 8.0
臭化物	—	試験適合
よう化物	—	試験適合
りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	ppm	5 以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	%	0.002 以下
窒素化合物(N として)	%	0.001 以下
ナトリウム(Na)	%	0.02 以下
銅(Cu)	ppm	2 以下
マグネシウム(Mg)	%	0.002 以下
カルシウム(Ca)	%	0.002 以下
バリウム(Ba)	%	0.001 以下
鉛(Pb)	ppm	2 以下
鉄(Fe)	ppm	2 以下
以下余白		

単位：質量分率

- ※ 項目・規格値・試験方法は、日本産業規格（JIS K 8121）によります。
- ※ 規格改正、公定書改訂等により予告なしに変更する場合があります。