

品質規格書



試薬特級 尿素

項目	単位	規格値
純度(NH ₂ CONH ₂)	%	99.0 以上
水溶状	—	試験適合
エタノール溶状	—	試験適合
融点	℃	132 ~ 136
塩化物(Cl)	%	0.001 以下
硫酸塩(SO ₄)	%	0.001 以下
銅(Cu)	ppm	2 以下
鉛(Pb)	ppm	2 以下
鉄(Fe)	ppm	5 以下
アンモニウム(NH ₄)	%	0.02 以下
フェーリング溶液還元性物質	—	試験適合
以下余白		

単位 (% ppm) : 質量分率

- ※ 項目・規格値・試験方法は、日本産業規格 (JIS K 8731) に依ります。
- ※ 規格改正、公定書改訂等により予告なしに変更する場合があります。
- ※ 製品名称の末尾に (H) と記載したものは、ハラル認証を取得したものです。